

Zamawiający :

Szpital Specjalistyczny w Brzozowie
Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny
Im. Ks. B. Markiewicza
ul. Bielawskiego 18
36-200 Brzozów
tel. 13 4309547
fax. 13 4309587
email : zampub@szpital-brzozow.pl

Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. Ks. B. Markiewicza udziela odpowiedzi na zadane pytania dotyczące opisu przedmiotu zamówienia i treści zaproszenia do składania ofert:

1. Czy zamawiający dopuści defibrylator z dostępem 14 poziomów energii przy defibrylacji zewnętrznej?
Nie, zamawiający nie dopuszcza.
2. Czy zamawiający dopuści defibrylator z możliwością sterowania następującymi parametrami za pomocą przycisków na tyłkach defibrylacyjnych: ładowanie, wyzwolenie wstrząsu, wewnętrzne rozładowanie, start/stop wydruku oraz wybór poziomu energii za pomocą pokrętkła na panelu przednim defibrylatora?
Nie, zamawiający nie dopuszcza.
3. Czy zamawiający dopuści defibrylator z prezentacją na ekranie 2 kanałów dynamicznych wyświetlania?
Nie, zamawiający nie dopuszcza.
4. Czy zamawiający dopuści defibrylator z możliwością zapisu danych typu: 40 pasków zapisu EKG po 20 sekund, w tym 4 sekundy wstecz, częstość rytmu, odprowadzenie, filtr, data, czas, przyczyna rejestracji (defibrylacja, alarm, zainicjowana ręcznie), wybrana energia, energia podana, znacznik synchronizacji, progi alarmowe w pamięci wewnętrznej aparatu?
Zamawiający nie konkretyzował wymagań tego typu w opisie przedmiotu zamówienia.
5. Czy zamawiający dopuści defibrylator z zasilaniem akumulatorowym, gdzie czas pracy nowego całkowicie naładowanego akumulatora wystarcza na przynajmniej 5 godzin pełnego monitorowania wszystkich parametrów i 20 defibrylacji?
Nie, zamawiający nie dopuszcza.
6. Czy zamawiający dopuści nowoczesny defibrylator z możliwością ładowania i defibrylacji na tyłkach defibrylacyjnych oraz pełnym sterowaniem (w tym wyborem poziomu energii do defibrylacji oraz wydruk) na panelu czołowym urządzenia?
Nie, zamawiający nie dopuszcza.
7. Czy zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny defibrylator z możliwością wyświetlania na ekranie dwóch krzywych dynamicznych?
Nie, zamawiający nie dopuszcza.

8. Czy zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny defibrylator, który umożliwia co najmniej 150 minut monitorowania, co najmniej 120 minut monitorowania i stymulacji, a także wykonanie 130 wyładowań z energią maksymalną 200J z jednego akumulatora, którego czas ładowania do pełnej pojemności wynosi 180 minut?
Nie, zamawiający nie dopuszcza.
9. Czy zamawiający dopuści defibrylator o masie aparatu równej 9 kg?
Tak, zamawiający dopuszcza.
10. Czy zamawiający dopuści defibrylator o czasie pracy na zasilaniu akumulatorowym 2 godziny lub 100 wyładowań?
Nie, zamawiający nie dopuszcza.
11. Czy zamawiający dopuści defibrylator o 15 dostępnych poziomach energii przy defibrylacji zewnętrznej?
Nie, zamawiający nie dopuszcza.
12. Czy zamawiający dopuści defibrylator prezentujący na ekranie 1 kanału dynamicznego?
Nie, zamawiający nie dopuszcza.

UWAGA: w związku z późnym udzieleniem odpowiedzi na pytania zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 23.12.2011r.