

Zamawiający :

Szpital Specjalistyczny w Brzozowie
Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny
Im. Ks. B. Markiewicza
ul. Bielawskiego 18
36-200 Brzozów
tel. 13 4309547
fax. 13 4309587
email : zampub@szpital-brzozow.pl

Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. Ks. B. Markiewicza udziela odpowiedzi na zadane pytania dotyczące opisu przedmiotu zamówienia i treści zaproszenia do składania ofert:

1. Czy zamawiający wyrazi zgodę na zamianę zapisu zawartego w pkt. 42 opisu przedmiotu zamówienia z „W zestawie wyposażenie niezbędne do uruchomienia i pracy automatu” na „W zestawie wyposażenie niezbędne do uruchomienia i pracy łóżka”?
Tak, zamawiający wyraża zgodę.
2. Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie 24 – miesięcznego okresu gwarancji?
Tak, zamawiający wyraża zgodę.
3. Czy zamawiający dopuści wysokiej jakości łóżko szpitalne o długości bez przedłużania leża 2230 mm?
Nie, zamawiający nie dopuszcza.
4. Czy zamawiający dopuści wysokiej jakości łóżko szpitalne w szerokości zarówno przy całkowicie opuszczonych 1025 mm i podniesionych barierkach wynoszącej 1045 mm?
Nie, zamawiający nie dopuszcza.
5. Czy zamawiający dopuści wysokiej jakości łóżko z regulacją elektryczną wysokości z bardzo czytelnym wizualnym wskaźnikiem osiągnięcia minimalnej wysokości?
Nie, zamawiający nie dopuszcza.
6. Czy zamawiający dopuści wysokiej jakości łóżko z leżem o konstrukcji ze stali lakierowanej proszkowo, opartym na kolumnach cylindrycznych, aluminiowych?
Tak, zamawiający dopuszcza.
7. Czy zamawiający dopuści wysokiej jakości łóżko z regulacją wysokości leża mierzoną od podłoża do górnej płaszczyzny segmentów leża bez materaca w zakresie 395-775 mm?
Tak, zamawiający dopuszcza.
8. Czy zamawiający dopuści wysokiej jakości łóżko z mechaniczną regulacją segmentu podudzia wspomaganą dodatkowo elektrycznie w zakresie od 0° do 25°?
Nie, zamawiający nie dopuszcza.
9. Czy zamawiający dopuści wysokiej jakości łóżko z regulacjami elektrycznymi funkcji łóżka dostępnymi z paneli wbudowanych w barierki boczne od strony zewnętrznej dla personelu medycznego oraz z funkcją selektywnej blokady na panelu centralnym niedostępnym dla pacjenta?
Tak, zamawiający dopuszcza.

10. Czy w rozumieniu pkt. 25 załącznika zamawiający dopuści wysokiej jakości łóżko do intensywnej terapii wyposażone w jeden wbudowany akumulator o dużej pojemności sygnalizujący z wyprzedzeniem o konieczności naładowania go, umożliwiający regulację wszystkich funkcji elektrycznych łóżka, wystarczający na wykonanie 8 pełnych cykli z dodatkową mechaniczną regulacją funkcji CPR?
Tak, zamawiający dopuszcza.
11. Czy zamawiający dopuści wysokiej jakości łóżko z blokadą wszystkich kół (toczenia i obrotu wokół osi) uruchamiana za pomocą dwóch dźwigni zlokalizowanych pod szczytem od strony nóg? Uruchomienie blokady następuje po wciśnięciu wyłącznie jednej dźwigni. Blokowanie kół odbywa się poprzez naciśnięcie przełącznika nożnego uruchamiającego mechanizm blokady, gdy przełącznik znajduje się w pozycji „do góry” blokada jest wyłączona, gdy w pozycji „na dół” blokada jest włączona, dzięki takiemu rozwiązaniu natychmiast widać czy łóżko zostało zablokowane.
Nie, zamawiający nie dopuszcza.
12. Czy zamawiający dopuści wysokiej jakości łóżko z barierkami o konstrukcji umożliwiającej ich składanie przy użyciu jednej ręki oraz możliwością zablokowania na dwóch wysokościach (górze, dół), barierki służą jednocześnie jako podparcie przy opuszczaniu łóżka przez pacjenta i są opuszczane poniżej linii materaca, nie powodując powstawania tzw martwych przestrzeni pomiędzy łóżkiem a wózkiem w czasie przenoszenia pacjenta, bez mechanizmu zegarowego.
Nie, zamawiający nie dopuszcza.
13. Czy w rozumieniu pkt. 36 zamawiający dopuści wysokiej jakości łóżko wyposażone w system pomiaru wagi z możliwością wyłączenia wyświetlacza wagi bez ryzyka utraty danych i tym samym spełniającym wymagania zamawiającego?
Tak, zamawiający dopuszcza.
14. Czy zamawiający dopuści łóżko wyposażone w 4 uchwyty na pasy do unieruchamiania pacjenta?
Nie, zamawiający nie dopuszcza.
15. Czy zamawiający dopuści łóżko z lepszym bezpiecznym obciążeniem roboczym wynoszącym 230 kg?
Tak, zamawiający dopuszcza.
16. Czy zamawiający określając wagę w rozumieniu pkt. 33-35 oczekuje rozwiązania, iż waga będzie działała po odłączeniu łóżka od zasilania prądu lub chwilowym zaniku zasilania (waga nie posiada zasilania akumulatorowego)? Czy zamawiający dopuszcza zaoferowanie łóżka w którym na skutek chwilowego odłączenia prądu istnieje konieczność zdjęcia pacjenta i ponownego skonfigurowania wagi?
Zamawiający dopuszcza tego typu rozwiązanie.
17. Czy zamawiający dopuści wysokiej jakości materac o wysokości 120 mm?
Nie, zamawiający nie dopuszcza.
18. Czy zamawiający dopuści materac z limitem wagowym wynoszącym 130 kg?
Nie, zamawiający nie dopuszcza.
19. Czy zamawiający wymaga wysokiej jakości łóżko szpitalne do intensywnej terapii z leżem przeziernym dla promieni RTG z tunelem na kasetę RTG pod segmentem pleców?
Nie, zamawiający nie wymaga.
20. Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 7 tygodni od daty złożenia zamówienia przez zamawiającego?
Nie, zamawiający nie wyraża zgody.
21. Czy zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne o szerokości całkowitej przy opuszczonych barierkach wynoszącej 95,5 cm?
Tak, zamawiający dopuszcza.
22. Czy zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko o szerokości całkowitej przy podniesionych barierkach wynoszącej 97 cm?
Tak, zamawiający dopuszcza.

23. Czy zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z elektryczną regulacją jego wysokości bez indikatora diodowego sygnalizującego osiągnięcie wysokości minimalnej?
Nie, zamawiający nie dopuszcza.
24. Czy zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko, którego poszczególne segmenty leżą wypełnione są zdejmowanymi panelami z tworzywa HPL?
Tak, zamawiający dopuszcza.
25. Czy zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z regulacją segmentu uda w zakresie 0-30°?
Tak, zamawiający dopuszcza.
26. Czy zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z regulacją segmentu podudzia przy mocy zapadki bądź sprężyny gazowej?
Nie, zamawiający nie dopuszcza.
27. Czy zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z regulacją segmentu podudzia do 15°?
Nie, zamawiający nie dopuszcza.
28. Czy zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z elektryczną regulacją pozycji Trendelenburga i antyTrendelenburga w zakresie -18° - 18°?
Tak, zamawiający dopuszcza.
29. Czy zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z elektrycznie regulowaną pozycją szokową uzyskiwaną przy pomocy jednego przycisku nie odróżniającego się kolorystycznie od innych przycisków?
Nie, zamawiający nie dopuszcza.
30. Czy zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z elektryczną regulacją pozycji egzaminacyjnej zamiast wymaganej horyzontalnej co oznacza, iż przy użyciu jednego przycisku całe leże zostanie wypoziomowane oraz uniesione do maksymalnie bezpiecznej pozycji?
Nie, zamawiający nie dopuszcza.
31. Czy zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko bez dodatkowej baterii zasilającej jedynie funkcję szokową?
Tak, zamawiający dopuszcza.
32. Czy zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne wyposażone w barierki boczne podwójnie dzielone zgodnie z normą IEC 60601-2-52?
Zamawiający wymaga spełnienia przez produkt obecnie obowiązujących norm.
33. Czy zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko wyposażone w barierki boczne podwójnie dzielone i swobodnie opuszczane oraz podnoszone przy użyciu jednej ręki bez możliwości ich zablokowania na 3 różnych wysokościach o konstrukcji innej niż z tzw. Mechanizmem zegarkowym ale bez wolnej przestrzeni pomiędzy barierkami a szczytami łóżka?
Nie, zamawiający nie dopuszcza.
34. Czy zamawiający oczekuje do zaoferowania łóżko którego szczyty oraz barierki boczne pokryte są antybakteryjną powłoką jonów srebra?
Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.
35. Czy zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko które nie jest wyposażone we wskaźnik pozycji bioder?
Tak, zamawiający dopuszcza.
36. Czy zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko wyposażone w 6 haków (uchwytów) na akcesoria po obu stronach łóżka?
Tak, zamawiający dopuszcza.
37. Czy zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko wyposażone w 4 uchwyty na pasy do unieruchomienia pacjenta?
Nie, zamawiający nie dopuszcza.
38. Czy zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko o dopuszczalnym bezpiecznym obciążeniu na poziomie 250 kg?
Tak, zamawiający dopuszcza.
39. Czy zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie okresu gwarancji do 24 miesięcy?

Tak, zamawiający dopuszcza.

40. Czy zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko wyposażone w materac w wodoszczelnym pokrowcu ze zszywanymi lub klejonymi krawędziami?

Nie, zamawiający nie dopuszcza.

UWAGA: w związku z późnym udzieleniem odpowiedzi na pytania zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 16.01.2012r.