

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
do 14.000 euro

Zamawiający :

Szpital Specjalistyczny w Brzozowie
Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny
Im. Ks. B. Markiewicza
ul. Bielawskiego 18
36-200 Brzozów
tel. 13 4309547
fax. 13 4309587
email : zampub@szpital-brzozow.pl

Zaprasza do złożenia oferty
na dostawę łóżka szpitalnego
kod CPV : 33192120-9

I. Określenie przedmiotu zamówienia

Łóżko szpitalne, sztuk 1, o parametrach minimalnych jak poniżej:

Lp.	Parametr/warunek	Wartość wymagana
1.	Rok produkcji 2011 lub 2012, urządzenie fabrycznie nowe, nie używane.	TAK, WYMAGANE
2.	Długość całkowita łóżka bez przedłużenia leża.	218cm± 2cm
3.	Szerokość całkowita łóżka przy całkowicie opuszczonych barierkach.	98cm± 1cm
4.	Szerokość całkowita łóżka przy całkowicie podniesionych barierkach.	102cm± 2cm
5.	Regulacja elektryczna wysokości z indykatorem diodowym osiągnięcia wysokości minimalnej.	TAK, WYMAGANE
6.	Wysokość minimalna leża mierzona od podłoża do górnej płaszczyzny segmentów leża bez materaca.	43cm± 2cm
7.	Wysokość maksymalna leża mierzona od podłoża do górnej płaszczyzny segmentów leża bez materaca.	82cm± 2cm
8.	Konstrukcja łóżka wykonana ze stali węglowej lakierowanej proszkowo oparta na kolumnach. Leże podzielone na 4 segmenty z czego min. 3 ruchome. Segmenty zdejmowalne, wypełnione sztywnymi płytami ze zmywalnego tworzywa sztucznego. Konstrukcja zapewniająca prześwit pod łóżkiem min 15cm w każdym	TAK, WYMAGANE

	punkcie (z wyjątkiem przestrzeni pod kolumnami), w celu współpracy z podnośnikami pacjenta.	
9.	Elektryczna regulacja segmentu oparcia pleców.	TAK, WYMAGANE
10.	Zakres regulacji kąta nachylenia segmentu oparcia pleców w stosunku do poziomu ramy leża.	min. 0 - 66 ⁰
11.	Elektryczna regulacja segmentu uda wraz z autokonturem.	TAK, WYMAGANE
12.	Zakres regulacji segmentu uda w stosunku do poziomu ramy leża.	min. 0 - 35 ⁰
13.	Elektryczna samodzielna regulacja segmentu podudzia.	TAK, WYMAGANE
14.	Zakres regulacji segmentu podudzia w stosunku do poziomu ramy leża.	min. 0 - 23 ⁰
15.	Autoregresja segmentu pleców i uda.	TAK, WYMAGANE
16.	Ruch wsteczny, teleskopowy segmentu oparcia .	TAK, WYMAGANE
17.	Elektryczna regulacja pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga. Szczyt łóżka od strony głowy pozostaje nieruchomy – rozwiązanie zapobiegające uszkodzeniu łóżka i ściany przy przechodzeniu do pozycji Trendelenburga. Pozycje dostępne po naciśnięciu jednego przycisku.	TAK, WYMAGANE
18.	Zakres regulacji pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga .	- 16 ⁰ - 16 ⁰
19.	Elektrycznie regulowana pozycja krzesła kardiologicznego. Łóżko rozpoczyna serię skoordynowanych ruchów, włączając pozycję anty-Trendelenburga, przekształcających pozycję łóżka do pozycji siedzącej z opuszczonymi nogami. <u>Pozycja uzyskiwana za pomocą jednego przycisku.</u>	TAK, WYMAGANE
20.	Elektrycznie regulowana pozycja szokowa, wyróżniającego się od innych przycisków kolorystycznie. Łóżko rozpoczyna serię skoordynowanych ruchów poziomujących segmenty leża, a następnie przechyla się do pozycji Trendelenburga. <u>Pozycja uzyskiwana za pomocą jednego przycisku.</u>	TAK, WYMAGANE
21.	Elektrycznie regulowana pozycja horyzontalna – pozioma. Łóżko rozpoczyna serię skoordynowanych ruchów poziomujących segmenty leża z dowolnego ustawienia łóżka obniżając leże, do najniższej, bezpiecznej pozycji. <u>Pozycja uzyskiwana za pomocą jednego przycisku.</u>	TAK, WYMAGANE

22.	Regulacje wszystkich elektrycznych funkcji łóżka dostępne obustronnie z paneli wbudowanych w barierki boczne od strony zewnętrznej dla personelu medycznego, z funkcjami selektywnej blokady. Wszystkie przyciski membranowe, wodoodporne.	TAK, WYMAGANE
23.	Regulacje niektórych funkcji elektrycznych dostępne z paneli wbudowanych w barierki boczne od strony wewnętrznej dla pacjenta, z możliwością blokowania przez personel medyczny. Przyciski membranowe wodoodporne.	TAK, WYMAGANE
24.	Wbudowana bateria zasilająca	TAK, WYMAGANE
25.	Dodatkowa druga bateria zasilająca jedynie funkcję szokową. Rozwiązanie mające na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa w przypadku braku lub awarii zasilania.	TAK, WYMAGANE
26.	4 pojedyncze koła o średnicy 150mm.	TAK, WYMAGANE
27.	Centralna blokada wszystkich kół jednocześnie uruchamiana jedną dźwignią zlokalizowaną pod szczytem łóżka od strony nóg pacjenta.	TAK, WYMAGANE
28.	Mechaniczna funkcja CPR segmentu oparcia dostępna z obu stron łóżka.	TAK, WYMAGANE
29.	Barierki boczne podwójne, dzielone, poruszające się wraz z segmentami leża, zgodne z normą dla łóżek szpitalnych (norma IEC 60601-2-38), zapewniające ochronę pacjenta przed zakleszczeniem. Barierki wyposażone w wizualne wskaźniki kąta nachylenia segmentu oparcia z zaznaczeniem kąta 30° i 45° oraz kąta nachylenia ramy łóżka dla terapii ułożeniowej. Wskaźniki widoczne niezależnie od pozycji barierki.	TAK, WYMAGANE
30.	Konstrukcja barierki bocznych umożliwiająca ich opuszczanie przy użyciu jednej ręki oraz zablokowanie na min. 3 różnych wysokościach. Barierki służą jako podparcie przy opuszczaniu łóżka przez pacjenta. Konstrukcja barierki bocznych z tzw. mechanizmem zegarowym, nie wymagającym wolnej przestrzeni z boków łóżka w celu ich podniesienia lub opuszczenia.	TAK, WYMAGANE
31.	Zewnętrzne wykończenie barierki bocznych oraz zdejmowanych szczytów łóżka wykonane z tworzywa sztucznego, bez widocznych elementów metalowych	TAK, WYMAGANE
32.	Łóżko wyposażone we wskaźnik pozycji bioder do właściwego ułożenia pacjenta na powierzchni leża.	TAK, WYMAGANE

33.	Łóżko wyposażone w system pomiaru masy ciała pacjenta w celu monitorowania, diagnozowania i leczenia z legalizacją i oznaczeniem zgodnym z wytycznymi dyrektywy 90/384/EWG wdrożoną rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla wag nieautomatycznych podlegających ocenie zgodności (Dz. U. z 2004 r. Nr 4, poz. 23)	TAK, WYMAGANE
34.	Możliwość wyświetlenia wagi z dokładnością min. 100g	TAK, WYMAGANE
35.	Waga wyposażona w system autokompensacji masy przedmiotów dodawanych i odejmowanych na leże w trakcie pobytu pacjenta na łóżku tak, by wyświetlana waga pacjenta pozostała bez zmian.	TAK, WYMAGANE
36.	Automatycznie wygaszana po max 30 s. wartość masy ciała pacjenta.	TAK, WYMAGANE
37.	Uchwyty na akcesoria (8 haków) po obu stronach łóżka.	TAK, WYMAGANE
38.	Odbojniki w 4 narożnikach łóżka.	TAK, WYMAGANE
39.	6 uchwytów na pasy do unieruchomienia pacjenta.	TAK, WYMAGANE
40.	Dopuszczalne bezpieczne obciążenie robocze	220kg
41.	Zasilanie elektryczne 220-240 V;60 Hz/ 50 Hz	TAK, WYMAGANE
42.	W zestawie wyposażenie niezbędne do uruchomienia i pracy automatu.	TAK, WYMAGANE
43.	Gwarancja minimum 36 mcy	TAK, WYMAGANE
44.	Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim.	TAK, WYMAGANE
45.	Materac piankowy przeciwoleżynowy prewencyjny z pokrowcem nieprzemakalnym paro przepuszczalnym.	TAK, WYMAGANE
46.	Długość materaca [cm]	min 195
47.	Szerokość materaca[cm]	min. 85
48.	Grubość materaca [cm]	min. 14
49.	Materac min. 3 strefowy – głowa, biodra, stopy z widocznymi kostkami piankowymi po zdjęciu pokrowca, zapewniający zróżnicowany niski nacisk na ciało pacjenta.	TAK, WYMAGANE
50.	Materac w pokrowcu wodoszczelnym ze zgrzewanymi krawędziami, antystatyczny, niealergizujący, bakteriostatyczny i fungostatyczny tzn. hamujący podziały	TAK, WYMAGANE

	komórkowe bakterii i grzybów.	
51.	Materac wykonany z pianki o różnej gęstości w strefie głowy i bioder oraz strefie pięt dla poprawienia prewencji przeciwoleżynowej min 30 kg/m ³	TAK, WYMAGANE
52.	Widoczne duże przerwy pomiędzy kostkami piankowymi o różnej wielkości w strefie głowy bioder i pięt celem poprawienia przepływu powietrza pod pokrowcem i przeciw zbieraniu się wilgoci.	TAK, WYMAGANE
53.	Limit wagowy gwarantujący skuteczność prewencji w pozycji leżącej.[Kg]	min. 140
54.	Materac wzmocniony na bokach pianką o wysokiej gęstości stabilizująca rdzeń z kostkami dla poprawienia bezpieczeństwa pacjenta i ułatwienia schodzenia z łóżka.	TAK, WYMAGANE

II. Wymagany przez zamawiającego termin realizacji : do 31 stycznia 2012 r.

III. Sposób sporządzenia oferty

1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie zamawiającego – sekretariat zamawiającego, budynek „G” administracja.
2. Na kopercie należy umieścić zapis „Oferta postępowanie SZPiGM.0610A/34/2011”
3. Oferta musi być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania wykonawcy bądź osobę upoważnioną przez wykonawcę na piśmie.
4. Ceny w ofercie muszą być wyrażone w polskich złotych zgodnie z obowiązującym systemem monetarnym (zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku).
5. Zamawiający informuje, że rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone tylko w złotych polskich.
6. Zamawiający informuje, że w trakcie realizacji umowy mogą wystąpić z jego strony opóźnienia w płatności zobowiązań wynikających z niniejszego zamówienia.

IV. Oferta musi zawierać następujące dokumenty i informacje

1. Formularz oferty wykonawcy – według załączonego wzoru załącznik nr 1
2. Formularz oferty cenowej – według załączonego wzoru załącznik nr 2
3. Deklarację wytwórcy (deklaracja zgodności CE) o spełnieniu wymagań zasadniczych lub certyfikat jednostki notyfikowanej dla oferowanego przedmiotu zamówienia zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami o wyrobach medycznych.

V. Termin złożenia oferty : do 29 grudnia 2011 r.

VI. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest mgr Sławomir Szałajko, dane kontaktowe jak w nagłówku.

VII. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował kryterium : **cena – 100 %**

VIII. Po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający wyśle do wybranego wykonawcy umowę do podpisania i zwrotu jednego egzemplarza.

IX. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie przed podpisaniem umowy bez podawania przyczyn.

X. Załączniki :

1. Formularz oferty wykonawcy
2. Formularz oferty cenowej
3. Wzór umowy

OFERTA WYKONAWCYDane dotyczące Wykonawcy :

Nazwa :

Siedziba :

Tel. Fax.

Email.

Zobowiązania wykonawcy :

1. Nawiązując do zaproszenia do złożenia oferty (numer sprawy : SZPiGM.0610A/34/2011) na dostawę łóżka szpitalnego oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:
netto PLN
słownie
stawka podatku VAT %
brutto PLN
słownie
2. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń, oraz uważam się za związanego ofertą przez min. 30 dni od upływu terminu składania ofert.
3. Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję postanowienia zawarte w projekcie umowy.
4. Na oferowany przedmiot zamówienia udzielam miesięcy gwarancji (minimalny wymagany przez zamawiającego okres to 24 miesięcy)
5. Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia o parametrach wyspecyfikowanych w pkt. I zaproszenia jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem bez dodatkowych zakupów.
6. Oświadczam, że w ramach oferowanej gwarancji będą wykonywane przeglądy zalecane przez producenta (minimum 1 przegląd w ciągu roku) wraz z zalecaną wymianą materiału i części na koszt wykonawcy.
7. Oświadczam, że wraz z dostawą dostarczę instrukcję obsługi w języku polskim zawierającą zapisy dotyczące bezpieczeństwa użytkownika i bezpieczeństwa państwa.
8. Oświadczam, że w przypadku wyboru mojej oferty przeprowadzę szkolenie bezpośrednich użytkowników z obsługi aparatu.

.....
Data.....
Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy

OFERTA CENOWA

.....
Pieczęć wykonawcy

Lp.	Asortyment	Ilość w szt.	Cena jednostkowa netto PLN	Stawka podatku VAT %	Cena jednostkowa brutto PLN	Producent/typ
1	2	3	4	5	6	7
1.	Łóżko szpitalne	1				

Lp.	Parametr/warunek	Wartość wymagana	Wartość oferowana
1.	Rok produkcji 2011 lub 2012, urządzenie fabrycznie nowe, nie używane.	TAK, WYMAGANE	
2.	Długość całkowita łóżka bez przedłużenia leża.	218cm± 2cm	
3.	Szerokość całkowita łóżka przy całkowicie opuszczonych barierkach.	98cm± 1cm	
4.	Szerokość całkowita łóżka przy całkowicie podniesionych barierkach.	102cm± 2cm	
5.	Regulacja elektryczna wysokości z indykatorem diodowym osiągnięcia wysokości minimalnej.	TAK, WYMAGANE	
6.	Wysokość minimalna leża mierzona od podłoża do górnej płaszczyzny segmentów leża bez materaca.	43cm± 2cm	
7.	Wysokość maksymalna leża mierzona od podłoża do górnej płaszczyzny segmentów leża bez materaca.	82cm± 2cm	
8.	Konstrukcja łóżka wykonana ze stali węglowej lakierowanej proszkowo oparta na kolumnach. Leże podzielone na 4 segmenty z czego min. 3 ruchome. Segmenty zdejmowalne, wypełnione sztywnymi płytami ze zmywalnego tworzywa sztucznego. Konstrukcja zapewniająca prześwit pod łóżkiem min 15cm w każdym punkcie (z wyjątkiem przestrzeni pod kolumnami), w celu współpracy z podnośnikami pacjenta.	TAK, WYMAGANE	

9.	Elektryczna regulacja segmentu oparcia pleców.	TAK, WYMAGANE	
10.	Zakres regulacji kąta nachylenia segmentu oparcia pleców w stosunku do poziomu ramy leża.	min. 0 - 66 ⁰	
11.	Elektryczna regulacja segmentu uda wraz z autokonturem.	TAK, WYMAGANE	
12.	Zakres regulacji segmentu uda w stosunku do poziomu ramy leża.	min. 0 - 35 ⁰	
13.	Elektryczna samodzielna regulacja segmentu podudzia.	TAK, WYMAGANE	
14.	Zakres regulacji segmentu podudzia w stosunku do poziomu ramy leża.	min. 0 - 23 ⁰	
15.	Autoregresja segmentu pleców i uda.	TAK, WYMAGANE	
16.	Ruch wsteczny, teleskopowy segmentu oparcia .	TAK, WYMAGANE	
17.	Elektryczna regulacja pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga. Szczyt łóżka od strony głowy pozostaje nieruchomy – rozwiązanie zapobiegające uszkodzeniu łóżka i ściany przy przechodzeniu do pozycji Trendelenburga. Pozycje dostępne po naciśnięciu jednego przycisku.	TAK, WYMAGANE	
18.	Zakres regulacji pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga .	- 16 ⁰ - 16 ⁰	
19.	Elektrycznie regulowana pozycja krzesła kardiologicznego. Łóżko rozpoczyna serię skoordynowanych ruchów, włączając pozycję anty-Trendelenburga, przekształcających pozycję łóżka do pozycji siedzącej z opuszczonymi nogami. <u>Pozycja uzyskiwana za pomocą jednego przycisku.</u>	TAK, WYMAGANE	
20.	Elektrycznie regulowana pozycja szokowa, wyróżniającego się od innych przycisków kolorystycznie. Łóżko rozpoczyna serię skoordynowanych ruchów poziomujących segmenty leża, a następnie przechyla się do pozycji Trendelenburga. <u>Pozycja uzyskiwana za pomocą jednego przycisku.</u>	TAK, WYMAGANE	
21.	Elektrycznie regulowana pozycja horyzontalna – pozioma. Łóżko rozpoczyna serię skoordynowanych ruchów poziomujących segmenty leża z dowolnego ustawienia łóżka obniżając leże, do najniższej,	TAK, WYMAGANE	

	<p>bezpiecznej pozycji.</p> <p><u>Pozycja uzyskiwana za pomocą jednego przycisku.</u></p>		
22.	Regulacje wszystkich elektrycznych funkcji łóżka dostępne obustronnie z paneli wbudowanych w barierki boczne od strony zewnętrznej dla personelu medycznego, z funkcjami selektywnej blokady. Wszystkie przyciski membranowe, wodoodporne.	TAK, WYMAGANE	
23.	Regulacje niektórych funkcji elektrycznych dostępne z paneli wbudowanych w barierki boczne od strony wewnętrznej dla pacjenta, z możliwością blokowania przez personel medyczny. Przyciski membranowe wodoodporne.	TAK, WYMAGANE	
24.	Wbudowana bateria zasilająca	TAK, WYMAGANE	
25.	Dodatkowa druga bateria zasilająca jedynie funkcję szokową. Rozwiązanie mające na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa w przypadku braku lub awarii zasilania.	TAK, WYMAGANE	
26.	4 pojedyncze koła o średnicy 150mm.	TAK, WYMAGANE	
27.	Centralna blokada wszystkich kół jednocześnie uruchamiana jedną dźwignią zlokalizowaną pod szczytem łóżka od strony nóg pacjenta.	TAK, WYMAGANE	
28.	Mechaniczna funkcja CPR segmentu oparcia dostępna z obu stron łóżka.	TAK, WYMAGANE	
29.	<p>Barierki boczne podwójne, dzielone, poruszające się wraz z segmentami leża, zgodne z normą dla łóżek szpitalnych (norma IEC 60601-2-38), zapewniające ochronę pacjenta przed zakleszczeniem.</p> <p>Barierki wyposażone w wizualne wskaźniki kąta nachylenia segmentu oparcia z zaznaczeniem kąta 30° i 45° oraz kąta nachylenia ramy łóżka dla terapii ułożeniowej. Wskaźniki widoczne niezależnie od pozycji barierki.</p>	TAK, WYMAGANE	
30.	Konstrukcja barierki bocznych umożliwiającą ich opuszczanie przy użyciu jednej ręki oraz zablokowanie na min. 3 różnych wysokościach. Barierki służą jako podparcie przy opuszczaniu łóżka przez pacjenta. Konstrukcja barierki bocznych z tzw. mechanizmem zegarowym, nie wymagającym wolnej przestrzeni z boków łóżka w celu ich podniesienia lub opuszczenia.	TAK, WYMAGANE	

31.	Zewnętrzne wykończenie barierek bocznych oraz zdejmowanych szczytów łóżka wykonane z tworzywa sztucznego, bez widocznych elementów metalowych	TAK, WYMAGANE	
32.	Łóżko wyposażone we wskaźnik pozycji bioder do właściwego ułożenia pacjenta na powierzchni leża.	TAK, WYMAGANE	
33.	Łóżko wyposażone w system pomiaru masy ciała pacjenta w celu monitorowania, diagnozowania i leczenia z legalizacją i oznaczeniem zgodnym z wytycznymi dyrektywy 90/384/EWG wdrożoną rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla wag nieautomatycznych podlegających ocenie zgodności (Dz. U. z 2004 r. Nr 4, poz. 23)	TAK, WYMAGANE	
34.	Możliwość wyświetlenia wagi z dokładnością min. 100g	TAK, WYMAGANE	
35.	Waga wyposażona w system autokompensacji masy przedmiotów dodawanych i odejmowanych na leże w trakcie pobytu pacjenta na łóżku tak, by wyświetlana waga pacjenta pozostała bez zmian.	TAK, WYMAGANE	
36.	Automatycznie wygaszana po max 30 s. wartość masy ciała pacjenta.	TAK, WYMAGANE	
37.	Uchwyty na akcesoria (8 haków) po obu stronach łóżka.	TAK, WYMAGANE	
38.	Odbojniki w 4 narożnikach łóżka.	TAK, WYMAGANE	
39.	6 uchwytów na pasy do unieruchomienia pacjenta.	TAK, WYMAGANE	
40.	Dopuszczalne bezpieczne obciążenie robocze	220kg	
41.	Zasilanie elektryczne 220-240 V;60 Hz/ 50 Hz	TAK, WYMAGANE	
42.	W zestawie wyposażenie niezbędne do uruchomienia i pracy automatu.	TAK, WYMAGANE	
43.	Gwarancja minimum 36 mcy	TAK, WYMAGANE	
44.	Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim.	TAK, WYMAGANE	
45.	Materac piankowy przeciwdleżynowy prewencyjny z pokrowcem nieprzemakalnym paro przepuszczalnym.	TAK, WYMAGANE	

46.	Długość materaca [cm]	min 195	
47.	Szerokość materaca[cm]	min. 85	
48.	Grubość materaca [cm]	min. 14	
49.	Materac min. 3 strefowy – głowa, biodra, stopy z widocznymi kostkami piankowymi po zdjęciu pokrowca, zapewniający zróżnicowany niski nacisk na ciało pacjenta.	TAK, WYMAGANE	
50.	Materac w pokrowcu wodoszczelnym ze zgrzewanymi krawędziami, antystatyczny, niealergizujący, bakteriostatyczny i fungostatyczny tzn. hamujący podziały komórkowe bakterii i grzybów.	TAK, WYMAGANE	
51.	Materac wykonany z pianki o różnej gęstości w strefie głowy i bioder oraz strefie pięt dla poprawienia prewencji przeciwodleżynowej min 30 kg/m ³	TAK, WYMAGANE	
52.	Widoczne duże przerwy pomiędzy kostkami piankowymi o różnej wielkości w strefie głowy bioder i pięt celem poprawienia przepływu powietrza pod pokrowcem i przeciw zbieraniu się wilgoci.	TAK, WYMAGANE	
53.	Limit wagowy gwarantujący skuteczność prewencji w pozycji leżącej.[Kg]	min. 140	
54.	Materac wzmocniony na bokach pianką o wysokiej gęstości stabilizująca rdzeń z kostkami dla poprawienia bezpieczeństwa pacjenta i ułatwienia schodzenia z łóżka.	TAK, WYMAGANE	

.....
Data

.....
Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania wykon

Wzór umowy zawierający istotne dla zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

UMOWA
NR SZPiGM 0610A/34/2011

zawarta w Brzozowie, w dniu 2011 r. pomiędzy:

Szpitałem Specjalistycznym w Brzozowie, Podkarpackim Ośrodkiem Onkologicznym Im. Ks. B. Markiewicza, 36-200 Brzozów, ul. Ks. J. Bielawskiego 18, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie w Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000007954, reprezentowanym przez:

mgr Antoniego Kolbucha – Dyrektora

zwanym w dalszej części umowy „Kupującym”

a

zwaną w dalszej części „Sprzedającym”.

§ 1

1. Sprzedający sprzedaje a Kupujący kupuje łóżko szpitalne, sztuk 1, fabrycznie nowe, nie używane, rok produkcji 2011 lub 2012, zgodnie z ofertą stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy, zwane w dalszej części umowy przedmiotem sprzedaży.
2. Sprzedający oświadcza, że przedmiot sprzedaży spełnia wszelkie wymagania norm i przepisów odnoszących się do wyrobów tego typu.

§ 2

1. Strony ustalają łączną wartość przedmiotu sprzedaży, określonego w § 1, na kwotę: ... PLN brutto (słownie: ... /100).
2. Kwota wymieniona w § 2 ust. 1 niniejszej umowy obejmuje wszelkie koszty związane z zakupem przedmiotów objętych umową, wymienionych w § 1 ust. 1 umowy, w szczególności:
 - a) Koszt dostarczenia przez Sprzedającego przedmiotu sprzedaży na teren Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie, do pomieszczeń wskazanych przez Kupującego.
 - b) Całkowity koszt instalacji i uruchomienia przedmiotu sprzedaży wraz z przeprowadzeniem wszelkich niezbędnych pomiarów potwierdzających prawidłowe działanie zainstalowanego sprzętu.
 - c) Koszt przeszkolenia personelu wskazanego przez Kupującego do obsługi zainstalowanego sprzętu.

§ 3

1. Wymieniony w § 1 przedmiot sprzedaży, Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć Kupującemu transportem własnym lub zleconym, na własny koszt i ryzyko, oraz dokonać instalacji i uruchomienia w terminie do 30 dni od daty podpisania umowy.
2. Przeprowadzenie powyższych czynności zostanie potwierdzone protokołem odbioru podpisanym przez strony umowy.
3. Do kontaktów ze Sprzedającym w zakresie realizacji umowy Kupujący wyznacza: Pana Witolda Gawrona – tel. 797590398.

§ 4

1. Kupujący zobowiązuje się zapłacić za dostarczony przedmiot sprzedaży kwotę ustaloną na podstawie § 2 umowy, przelewem bankowym w terminie do 30 dni od daty dostarczenia do siedziby Kupującego faktury, wystawionej po podpisaniu protokołu odbioru o którym mowa w § 3 umowy.
2. Strony umowy postanawiają, że zapłata należności za dostarczony przedmiot sprzedaży nastąpi z chwilą obciążenia rachunku bankowego Kupującego.
3. Strony umowy postanawiają, że należności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem przelewu wierzytelności.

§ 5

1. Sprzedający udziela ... miesięcy gwarancji na przedmiot sprzedaży. Termin gwarancji będzie liczony od daty podpisania protokołu odbioru potwierdzającego instalację i uruchomienie przedmiotu sprzedaży. Sprzedający obowiązki w zakresie gwarancji może wykonywać samodzielnie lub poprzez podmiot trzeci.
2. Okres gwarancji na części nowe, zainstalowane w wyniku usunięcia awarii w okresie gwarancji, jest równy terminowi gwarancji wskazanemu w § 5 ust.1 umowy.
3. Sprzedający w ramach gwarancji zobowiązuje się do bezpłatnego usuwania wszystkich awarii przedmiotu sprzedaży.
4. Czas usunięcia awarii w okresie gwarancji :
 - do 5 dni od zgłoszenia awarii przez Kupującego, jeżeli usunięcie awarii lub naprawa nie wymaga instalacji części zamiennych
 - do 14 dni od zgłoszenia awarii, jeżeli części wymagające wymiany Sprzedający musi sprowadzić od producenta urządzenia.
5. Sprzedający w ramach gwarancji zobowiązuje się do natychmiastowego podjęcia interwencji w celu usunięcia awarii, nie później niż w ciągu 5 dni po przyjęciu zgłoszenia awarii od Kupującego. Naprawa w ramach gwarancji będzie realizowana na miejscu u zamawiającego lub w siedzibie wykonawcy.
6. W sytuacji gdy czas usunięcia awarii z przyczyn niezależnych od Sprzedającego przedłuży ponad okres 5 dni Sprzedający o takiej sytuacji obowiązany jest niezwłocznie poinformować Kupującego, z uzasadnieniem i wskazaniem przewidywanego terminu zakończenia naprawy.
7. Każdorazowo termin gwarancji przedłuża się o czas przestoju urządzenia liczony w dniach.
8. Jako czas niesprawności uznaje się czas od momentu zgłoszenia awarii przez Kupującego do momentu przekazania w pełni sprawnego urządzenia użytkownikowi.
9. Dwie naprawy w okresie gwarancji dotyczące tego samego podzespołu lub elementu zobowiązują Sprzedającego do wymiany podzespołu lub elementu na nowy.
10. W trakcie trwania okresu gwarancyjnego Sprzedający bezpłatnie dokonywał będzie okresowych przeglądów technicznych dostarczonego sprzętu, na wezwanie Kupującego, nie rzadziej niż 1 raz na rok.
11. Sprzedający ponosi odpowiedzialność cywilną za obrażenia osób i uszkodzenia sprzętu spowodowane zawinionym działaniem lub zaniechaniem obowiązków wynikających z niniejszej umowy bądź dobrej praktyki serwisowania sprzętu stanowiącego przedmiot sprzedaży.
12. Zgłoszenia awarii Kupujący dokonuje na numer fax lub adres email
13. Do kontaktu ze Sprzedającym w ramach kontaktów serwisowo-gwarancyjnych upoważnieni są następujący pracownicy Kupującego: pracownicy Sekcji Obsługi i Konserwacji Urządzeń.

§ 6

1. Kupujący może odstąpić od umowy, jeżeli przy dokonywaniu odbioru sprzętu okaże się, że sprzęt dostarczony przez Sprzedającego, jest niezgodny z przedmiotem umowy.
2. Sprzedający zapłaci na rzecz Kupującego kary umowne w wypadku:
 - opóźnienia w dostarczeniu, instalacji i uruchomieniu przedmiotu sprzedaży oraz przeszkoleniu pracowników – w wysokości 0,1 % wartości przedmiotu sprzedaży określonej w § 2 ust. 1 umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,
 - niewykonania lub nienależytego wykonania przez Sprzedającego zobowiązań umownych określonych w § 5 niniejszej umowy - w wysokości 0,1 % wartości przedmiotu sprzedaży określonej w § 2 ust. 1 umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,
 - odstąpienia od umowy przez Kupującego w szczególności z przyczyn określonych w § 6 ust. 1 umowy, Sprzedający zobowiązuje się zapłacić Kupującemu karę umowną w wysokości 20 % łącznej wartości przedmiotu sprzedaży, określonej w § 2 ust. 1 niniejszej umowy,
3. Kupujący zapłaci Sprzedającemu karę umowną w przypadku:
 - opóźnienia w odbiorze przedmiotu sprzedaży – w wysokości 0,1 % wartości przedmiotu umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w przypadku dostarczenia w pełni kompletnego przedmiotu sprzedaży,
 - odstąpienia przez Sprzedającego od umowy z przyczyn obciążających Kupującego – w wysokości 20 % wartości przedmiotu umowy.
4. Jeżeli szkoda rzeczywista będzie wyższa niż kara umowna, strony mogą być zobowiązane do zapłaty odszkodowania przekraczającego karę umowną na zasadach ogólnych.

§ 7

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgodnego oświadczenia stron umowy i formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W razie zwłoki w wykonaniu zamówienia Kupujący ma prawo odstąpić od umowy bez potrzeby udzielania dodatkowego terminu. Wyznaczenie przez Kupującego nowego terminu nie zwalnia Sprzedającego od obowiązku zapłaty stosownych kar umownych.
3. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Kupujący może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Sprzedający może jedynie żądać wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej części umowy.

§ 8

W sprawach nie unormowanych w umowie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i prawa polskiego.

§ 9

Ewentualne spory powstałe w związku z realizacją umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Kupującego.

§ 10

Umowa została spisana w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Sprzedający

Kupujący