

**ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY**  
**do 14.000 euro**

**Zamawiający :**

Szpital Specjalistyczny w Brzozowie  
Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny  
Im. Ks. B. Markiewicza  
ul. Bielawskiego 18  
36-200 Brzozów  
tel. 13 4309547  
fax. 13 4309587  
email : zampub@szpital-brzozow.pl

**Zaprasza do złożenia oferty**  
**na dostawę 2 sztuk pomp infuzyjnych strzykawkowych**  
**kod CPV: 42122410-7**

**I. Określenie przedmiotu zamówienia**

LP.	WYMAGANIE	POZIOM PARAMETRU	WYMAGANEGO
<b>POMPA INFUZYJNA STRZYKAWKOWA – 2 SZTUKI</b>			
<b>OPIS PARAMETRY WYMAGANE POMPA INFUZYJNA STRZYKAWKOWA</b>			
1	Rok produkcji 2011, urządzenie fabrycznie nowe, nie używane	TAK, WYMAGANE	
2	Stosowanie strzykawek min. 5, 10, 20, 30 i 50/60 ml.	TAK, WYMAGANE	
3	Automatyczne rozpoznawanie objętości strzykawki	TAK, WYMAGANE	
4	Strzykawka montowana od czoła a nie od góry pompy	TAK, WYMAGANE	
5	Szybkość dozowania w zakresie 0,1-1800 ml/h	TAK, WYMAGANE	
6	Szybkość dozowania Bolus-a min. do 2000 ml/h	TAK, WYMAGANE	
7	Bonus manualny i automatyczny	TAK, WYMAGANE	
8	Programowanie parametrów podaży Bolus-a: <ul style="list-style-type: none"> <li>• objętość/dawka</li> <li>• czas lub szybkość podaży</li> </ul>	TAK, WYMAGANE	
9	Zmiana parametrów Bolus-a bez wstrzymywania infuzji.	TAK, WYMAGANE	
10	Programowanie parametrów infuzji w jednostkach: <ul style="list-style-type: none"> <li>• ng, µg, mg</li> <li>• mIU, IU, kIU</li> </ul>	TAK, WYMAGANE	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• na kg wagi ciała lub nie</li> <li>• na min., godz., dobę</li> <li>• mol, nmol, mmol, <math>\mu</math>mol</li> </ul>	
11	Klawiatura numeryczna do wprowadzania parametrów infuzji.	TAK, WYMAGANE
12	<p>Biblioteka leków – możliwość zapisania w pompie procedur dozowania leków złożonych z:</p> <p>nazwy leku  koncentracji leku  szybkości dozowania (dawkowanie)  całkowitej objętości (dawki) infuzji  parametrów bolusa (objętości/ dawki i czasu podaży)  parametrów dawki indukcyjnej (jak dla bolusa)  Pojemność biblioteki min. 100 leków</p>	TAK, WYMAGANE
13	Dostępność oprogramowania komputerowego do tworzenia i przesyłania do pompy biblioteki leków (min. pod system Windows XP, Windows Vista oraz Windows 7)	TAK, WYMAGANE
14	Regulowany próg ciśnienia okluzji – min. 9 poziomów.	TAK, WYMAGANE
15	Zmiana progu ciśnienia okluzji bez przerywania okluzji.	TAK, WYMAGANE
16	Automatyczna redukcja bolusa okluzyjnego.	TAK, WYMAGANE
17	<p>System alarmów obejmujący co najmniej:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 5 min. do opróżnienia strzykawki</li> <li>• pusta strzykawka</li> <li>• 5 min. do końca infuzji</li> <li>• koniec infuzji</li> <li>• nieprawidłowe mocowanie strzykawki</li> <li>• okluzja</li> <li>• 30 minut do rozładowania akumulatora</li> <li>• akumulator rozładowany</li> <li>• pompa uszkodzona/awaria</li> </ul>	TAK, WYMAGANE
18	Historia infuzji – min. 2000 wpisów z datą i godziną zdarzenia	TAK, WYMAGANE
19	Czas pracy akumulatora min. 10h przy infuzji 5ml/h	TAK, WYMAGANE
20	Czas ładowania akumulatora do 100 % po pełnym rozładowaniu nie dłużej niż 6 h	TAK, WYMAGANE
21	Mocowanie pompy do pionowych kolumn, statywów oraz stacji dokujących bez konieczności zmiany lub demontażu uchwytu mocującego lub jakichkolwiek innych części.	TAK, WYMAGANE
22	Uchwyt do przenoszenia pompy nie wymagający demontażu przy mocowaniu pomp w stacji dokującej.	TAK, WYMAGANE

23	<p>Instalacja pompy w stacji dokującej:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• pompy mocowane niezależnie, jedna nad drugą</li> <li>• automatyczne przyłączenie zasilania ze stacji dokującej</li> <li>• automatyczne przyłączenie portu komunikacyjnego ze stacji dokującej</li> </ul>	TAK, WYMAGANE
24	<p>Wyświetlacz na którym w czasie infuzji stale wyświetlane są min. następujące informacje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nazwa leku</li> <li>• szybkość dozowania (dawkowanie) leku</li> <li>• poziom ciśnienia dozowania wraz z wybranym progami alarmu okluzji</li> <li>• typ wybranej do infuzji strzykawki</li> <li>• stan naładowania akumulatora</li> </ul>	TAK, WYMAGANE
25	Interfejs w języku polskim.	TAK, WYMAGANE
26	<p>Możliwość komunikacji pomp umieszczonych w stacji dokującej poprzez sieć LAN z oprogramowaniem zewnętrznym, służącym min. do:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) podglądu przebiegu infuzji dla każdej pompy w formie graficznego wykresu</li> <li>2) podgląd parametrów infuzji dla pompy</li> <li>3) prezentacji alarmów w pompach oraz wyświetlania ich przyczyny</li> </ol> <p>archiwizacji informacji o przeprowadzonych infuzjach</p>	TAK, WYMAGANE
27	Zasilanie 230V AC, 50 Hz oraz 12V DC	TAK, WYMAGANE
28	Waga do 2,5 kg	TAK, WYMAGANE
29	W zestawie wyposażenie niezbędne do uruchomienia i pracy automatu.	TAK, WYMAGANE
30	Gwarancja minimum 24 mce	TAK, WYMAGANE
31	Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim.	TAK, WYMAGANE

II. Wymagany przez zamawiającego termin realizacji : do 14 dni od dnia podpisania umowy.

### III. **Sposób sporządzenia oferty**

1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie zamawiającego – sekretariat zamawiającego, budynek „G” administracja.
2. Na kopercie należy umieścić zapis „Oferta postępowanie SZPiGM.0610A/27/2011”
3. Oferta musi być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania wykonawcy bądź osobę upoważnioną przez wykonawcę na piśmie.
4. Ceny w ofercie muszą być wyrażone w polskich złotych zgodnie z obowiązującym systemem monetarnym (zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku).
5. Zamawiający informuje, że rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone tylko w złotych polskich.

**IV. Oferta musi zawierać następujące dokumenty i informacje**

1. Formularz oferty wykonawcy – według załączonego wzoru załącznik nr 1
2. Formularz oferty cenowej – według załączonego wzoru załącznik nr 2
3. Deklarację wytwórcy (deklaracja zgodności CE) o spełnieniu wymagań zasadniczych lub certyfikat jednostki notyfikowanej dla oferowanego przedmiotu zamówienia zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami o wyrobach medycznych.

**V. Termin złożenia oferty : do 17 listopada 2011**

VI. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest mgr Sławomir Szałajko, dane kontaktowe jak w nagłówku.

VII. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował kryterium : **cena – 100 %**

VIII. Po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający wyśle do wybranego wykonawcy umowę do podpisania i zwrotu jednego egzemplarza.

IX. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie przed podpisaniem umowy bez podawania przyczyn.

**X. Załączniki :**

1. Formularz oferty wykonawcy
2. Formularz oferty cenowej
3. Wzór umowy

**OFERTA WYKONAWCY**Dane dotyczące Wykonawcy :

Nazwa : .....

Siedziba : .....

Tel. .... Fax. ....

Email. ....

**Zobowiązania wykonawcy :**

1. Nawiązując do zaproszenia do złożenia oferty (numer sprawy : SZPiGM.0610A/27/2011) na dostawę 2 sztuk pomp infuzyjnych strzykawkowych oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:

netto ..... PLN

słownie .....

stawka podatku VAT ..... %

brutto ..... PLN

słownie .....

2. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.
3. Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję postanowienia zawarte w projekcie umowy.
4. Na oferowany przedmiot zamówienia udzielam ..... miesięcy gwarancji (minimalny wymagany przez zamawiającego okres to 24 miesiące)
5. Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia o parametrach wyspecyfikowanych w pkt. I zaproszenia jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem bez dodatkowych zakupów.
6. Oświadczam, że w ramach oferowanej gwarancji będą wykonywane przeglądy zalecane przez producenta (minimum 1 przegląd w ciągu roku) wraz z zalecaną wymianą materiałów i części na koszt wykonawcy.
7. Oświadczam, że wraz z dostawą dostarczę instrukcję obsługi w języku polskim zawierającą zapisy dotyczące bezpieczeństwa użytkownika i bezpieczeństwa państwa.
8. Oświadczam, że w przypadku wyboru mojej oferty przeprowadzę szkolenie bezpośrednich użytkowników z obsługi aparatu.

.....

Data

.....

Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy

## OFERTA CENOWA

.....  
Pieczęć wykonawcy

Lp.	Asortyment	Ilość w szt.	Cena jednostkowa netto PLN	Stawka podatku VAT %	Cena jednostkowa brutto PLN	Producent/typ
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pompa infuzyjna strzykawkowa	2				
x	Razem	x	x	x		x

Lp.	Parametr/warunek	Wartość wymagana	Wartość oferowana
1	Rok produkcji 2011, urządzenie fabrycznie nowe, nie używane	TAK, WYMAGANE	
2	Stosowanie strzykawek min. 5, 10, 20, 30 i 50/60 ml.	TAK, WYMAGANE	
3	Automatyczne rozpoznawanie objętości strzykawki	TAK, WYMAGANE	
4	Strzykawka montowana od czoła a nie od góry pompy	TAK, WYMAGANE	
5	Szybkość dozowania w zakresie 0,1-1800 ml/h	TAK, WYMAGANE	
6	Szybkość dozowania Bolus-a min. do 2000 ml/h	TAK, WYMAGANE	
7	Bonus manualny i automatyczny	TAK, WYMAGANE	
8	Programowanie parametrów podaży Bolus-a: <ul style="list-style-type: none"> <li>• objętość/dawka</li> <li>• czas lub szybkość podaży</li> </ul>	TAK, WYMAGANE	
9	Zmiana parametrów Bolus-a bez wstrzymywania infuzji.	TAK, WYMAGANE	
10	Programowanie parametrów infuzji w jednostkach: <ul style="list-style-type: none"> <li>• ng, µg, mg</li> <li>• mIU, IU, kIU</li> <li>• na kg wagi ciała lub nie</li> <li>• na min., godz., dobę</li> <li>• mol, nmol, mmol, µmol</li> </ul>	TAK, WYMAGANE	

11	Klawiatura numeryczna do wprowadzania parametrów infuzji.	TAK, WYMAGANE	
12	Biblioteka leków – możliwość zapisania w pompie procedur dozowania leków złożonych z:  nazwy leku koncentracji leku szybkości dozowania (dawkowanie) całkowitej objętości (dawki) infuzji parametrów bolusa (objętości/ dawki i czasu podaży) parametrów dawki indukcyjnej (jak dla bolusa) Pojemność biblioteki min. 100 leków	TAK, WYMAGANE	
13	Dostępność oprogramowania komputerowego do tworzenia i przesyłania do pompy biblioteki leków (min. pod system Windows XP, Windows Vista oraz Windows 7)	TAK, WYMAGANE	
14	Regulowany próg ciśnienia okluzji – min. 9 poziomów.	TAK, WYMAGANE	
15	Zmiana progu ciśnienia okluzji bez przerywania okluzji.	TAK, WYMAGANE	
16	Automatyczna redukcja bolusa okluzyjnego.	TAK, WYMAGANE	
17	System alarmów obejmujący co najmniej: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 5 min. do opróżnienia strzykawki</li> <li>• pusta strzykawka</li> <li>• 5 min. do końca infuzji</li> <li>• koniec infuzji</li> <li>• nieprawidłowe mocowanie strzykawki</li> <li>• okluzja</li> <li>• 30 minut do rozładowania akumulatora</li> <li>• akumulator rozładowany</li> <li>• pompa uszkodzona/awaria</li> </ul>	TAK, WYMAGANE	
18	Historia infuzji – min. 2000 wpisów z datą i godziną zdarzenia	TAK, WYMAGANE	
19	Czas pracy akumulatora min. 10h przy infuzji 5ml/h	TAK, WYMAGANE	
20	Czas ładowania akumulatora do 100 % po pełnym rozładowaniu nie dłużej niż 6 h	TAK, WYMAGANE	
21	Mocowanie pompy do pionowych kolumn, statywów oraz stacji dokujących bez konieczności zmiany lub demontażu uchwytu mocującego lub jakichkolwiek innych części.	TAK, WYMAGANE	

22	Uchwyt do przenoszenia pompy nie wymagający demontażu przy mocowaniu pomp w stacji dokującej.	TAK, WYMAGANE	
23	Instalacja pompy w stacji dokującej: <ul style="list-style-type: none"> <li>• pompy mocowane niezależnie, jedna nad drugą</li> <li>• automatyczne przyłączenie zasilania ze stacji dokującej</li> <li>• automatyczne przyłączenie portu komunikacyjnego ze stacji dokującej</li> </ul>	TAK, WYMAGANE	
24	Wyświetlacz na którym w czasie infuzji stale wyświetlane są min. następujące informacje: <ul style="list-style-type: none"> <li>• nazwa leku</li> <li>• szybkość dozowania (dawkovanie) leku</li> <li>• poziom ciśnienia dozowania wraz z wybranym progiem alarmu okluzji</li> <li>• typ wybranej do infuzji strzykawki</li> <li>• stan naładowania akumulatora</li> </ul>	TAK, WYMAGANE	
25	Interfejs w języku polskim.	TAK, WYMAGANE	
26	Możliwość komunikacji pomp umieszczonych w stacji dokującej poprzez sieć LAN z oprogramowaniem zewnętrznym, służącym min. do: <ol style="list-style-type: none"> <li>4) podglądu przebiegu infuzji dla każdej pompy w formie graficznego wykresu</li> <li>5) podgląd parametrów infuzji dla pompy</li> <li>6) prezentacji alarmów w pompach oraz wyświetlania ich przyczyny</li> </ol> archiwizacji informacji o przeprowadzonych infuzjach	TAK, WYMAGANE	
27	Zasilanie 230V AC, 50 Hz oraz 12V DC	TAK, WYMAGANE	
28	Waga do 2,5 kg	TAK, WYMAGANE	
29	W zestawie wyposażenie niezbędne do uruchomienia i pracy automatu.	TAK, WYMAGANE	
30	Gwarancja minimum 24 mce	TAK, WYMAGANE	
31	Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim.	TAK, WYMAGANE	

.....  
Data

.....  
Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy

Wzór umowy zawierający istotne dla zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

UMOWA  
NR SZPiGM 0610A/27/2011

zawarta w Brzozowie, w dniu ..... 2011 r. pomiędzy:

Szpitalem Specjalistycznym w Brzozowie, Podkarpackim Ośrodkiem Onkologicznym Im. Ks. B. Markiewicza, 36-200 Brzozów, ul. Ks. J. Bielawskiego 18, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie w Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000007954, reprezentowanym przez:

mgr Antoniego Kolbucha – Dyrektora

zwanym w dalszej części umowy „Kupującym”

a

zwaną w dalszej części „Sprzedającym”.

§ 1

1. Sprzedający sprzedaje a Kupujący kupuje pompy infuzyjne strzykawkowe, 2 sztuki, fabrycznie nowe, nie używane, rok produkcji 2011, zgodnie z ofertą stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy, zwane w dalszej części umowy przedmiotem sprzedaży.
2. Sprzedający oświadcza, że przedmiot sprzedaży spełnia wszelkie wymagania norm i przepisów odnoszących się do wyrobów tego typu.

§ 2

1. Strony ustalają łączną wartość przedmiotu sprzedaży, określonego w § 1, na kwotę: ... PLN brutto (słownie: ... /100).
2. Kwota wymieniona w § 2 ust. 1 niniejszej umowy obejmuje wszelkie koszty związane z zakupem przedmiotów objętych umową, wymienionych w § 1 ust. 1 umowy, w szczególności:
  - a) Koszt dostarczenia przez Sprzedającego przedmiotu sprzedaży na teren Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie, do pomieszczeń wskazanych przez Kupującego.
  - b) Całkowity koszt instalacji i uruchomienia przedmiotu sprzedaży wraz z przeprowadzeniem wszelkich niezbędnych pomiarów potwierdzających prawidłowe działanie zainstalowanego sprzętu.
  - c) Koszt przeszkolenia personelu wskazanego przez Kupującego do obsługi zainstalowanego sprzętu.

§ 3

1. Wymieniony w § 1 przedmiot sprzedaży, Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć Kupującemu transportem własnym lub zleconym, na własny koszt i ryzyko, oraz dokonać instalacji i uruchomienia w terminie do 14 dni od daty podpisania umowy.
2. Przeprowadzenie powyższych czynności zostanie potwierdzone protokołem odbioru podpisanym przez strony umowy.
3. Do kontaktów ze Sprzedającym w zakresie realizacji umowy Kupujący wyznacza: Pana Witolda Gawrona – tel. 797590398.

#### § 4

1. Kupujący zobowiązuje się zapłacić za dostarczony przedmiot sprzedaży kwotę ustaloną na podstawie § 2 umowy, przelewem bankowym w terminie do 30 dni od daty dostarczenia do siedziby Kupującego faktury, wystawionej po podpisaniu protokołu odbioru o którym mowa w § 3 umowy.
2. Strony umowy postanawiają, że zapłata należności za dostarczony przedmiot sprzedaży nastąpi z chwilą obciążenia rachunku bankowego Kupującego.
3. Strony umowy postanawiają, że należności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem przelewu wierzytelności.

#### § 5

1. Sprzedający udziela ... miesięcy gwarancji na przedmiot sprzedaży. Termin gwarancji będzie liczony od daty podpisania protokołu odbioru potwierdzającego instalację i uruchomienie przedmiotu sprzedaży. Sprzedający obowiązki w zakresie gwarancji może wykonywać samodzielnie lub poprzez podmiot trzeci.
2. Okres gwarancji na części nowe, zainstalowane w wyniku usunięcia awarii w okresie gwarancji, jest równy terminowi gwarancji wskazanemu w § 5 ust.1 umowy.
3. Sprzedający w ramach gwarancji zobowiązuje się do bezpłatnego usuwania wszystkich awarii przedmiotu sprzedaży.
4. Czas usunięcia awarii w okresie gwarancji :
  - do 5 dni od zgłoszenia awarii przez Kupującego, jeżeli usunięcie awarii lub naprawa nie wymaga instalacji części zamiennych
  - do 14 dni od zgłoszenia awarii, jeżeli części wymagające wymiany Sprzedający musi sprowadzić od producenta urządzenia.
5. Sprzedający w ramach gwarancji zobowiązuje się do natychmiastowego podjęcia interwencji w celu usunięcia awarii, nie później niż w ciągu 5 dni po przyjęciu zgłoszenia awarii od Kupującego. Naprawa w ramach gwarancji będzie realizowana na miejscu u zamawiającego lub w siedzibie wykonawcy.
6. W sytuacji gdy czas usunięcia awarii z przyczyn niezależnych od Sprzedającego przedłuży ponad okres 5 dni Sprzedający o takiej sytuacji obowiązany jest niezwłocznie poinformować Kupującego, z uzasadnieniem i wskazaniem przewidywanego terminu zakończenia naprawy.
7. Każdorazowo termin gwarancji przedłuża się o czas przestoju urządzenia liczony w dniach.
8. Jako czas niesprawności uznaje się czas od momentu zgłoszenia awarii przez Kupującego do momentu przekazania w pełni sprawnego urządzenia użytkownikowi.
9. Dwie naprawy w okresie gwarancji dotyczące tego samego podzespołu lub elementu zobowiązują Sprzedającego do wymiany podzespołu lub elementu na nowy.
10. W trakcie trwania okresu gwarancyjnego Sprzedający bezpłatnie dokonywał będzie okresowych przeglądów technicznych dostarczonego sprzętu, na wezwanie Kupującego, nie rzadziej niż 1 raz na rok.
11. Sprzedający ponosi odpowiedzialność cywilną za obrażenia osób i uszkodzenia sprzętu spowodowane zawinionym działaniem lub zaniechaniem obowiązków wynikających z niniejszej umowy bądź dobrej praktyki serwisowania sprzętu stanowiącego przedmiot sprzedaży.
12. Zgłoszenia awarii Kupujący dokonuje na numer fax ..... lub adres email .....
13. Do kontaktu ze Sprzedającym w ramach kontaktów serwisowo-gwarancyjnych upoważnieni są następujący pracownicy Kupującego: pracownicy Sekcji Obsługi i Konserwacji Urządzeń.

## § 6

1. Kupujący może odstąpić od umowy, jeżeli przy dokonywaniu odbioru sprzętu okaże się, że sprzęt dostarczony przez Sprzedającego, jest niezgodny z przedmiotem umowy.
2. Sprzedający zapłaci na rzecz Kupującego kary umowne w wypadku:
  - opóźnienia w dostarczeniu, instalacji i uruchomieniu przedmiotu sprzedaży oraz przeszkoleniu pracowników – w wysokości 0,1 % wartości przedmiotu sprzedaży określonej w § 2 ust. 1 umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,
  - niewykonania lub nienależytego wykonania przez Sprzedającego zobowiązań umownych określonych w § 5 niniejszej umowy - w wysokości 0,1 % wartości przedmiotu sprzedaży określonej w § 2 ust. 1 umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,
  - odstąpienia od umowy przez Kupującego w szczególności z przyczyn określonych w § 6 ust. 1 umowy, Sprzedający zobowiązuje się zapłacić Kupującemu karę umowną w wysokości 20 % łącznej wartości przedmiotu sprzedaży, określonej w § 2 ust. 1 niniejszej umowy,
3. Kupujący zapłaci Sprzedającemu karę umowną w przypadku:
  - opóźnienia w odbiorze przedmiotu sprzedaży – w wysokości 0,1 % wartości przedmiotu umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w przypadku dostarczenia w pełni kompletnego przedmiotu sprzedaży,
  - odstąpienia przez Sprzedającego od umowy z przyczyn obciążających Kupującego – w wysokości 20 % wartości przedmiotu umowy.
4. Jeżeli szkoda rzeczywista będzie wyższa niż kara umowna, strony mogą być zobowiązane do zapłaty odszkodowania przekraczającego karę umowną na zasadach ogólnych.

## § 7

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgodnego oświadczenia stron umowy i formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W razie zwłoki w wykonaniu zamówienia Kupujący ma prawo odstąpić od umowy bez potrzeby udzielania dodatkowego terminu. Wyznaczenie przez Kupującego nowego terminu nie zwalnia Sprzedającego od obowiązku zapłaty stosownych kar umownych.
3. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Kupujący może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Sprzedający może jedynie żądać wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej części umowy.

## § 8

W sprawach nie unormowanych w umowie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i prawa polskiego.

## § 9

Ewentualne spory powstałe w związku z realizacją umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Kupującego.

§ 10

Umowa została spisana w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

***Sprzedający***

***Kupujący***